

DIESE DIAGNOSTICA SENESE SpA

53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39
Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020



Sede Legale e Amministrazione

20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6

CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE**PRODOTTO/PRODUCT**



ESR CONTROL

REF:

10430 (4x9 ml)

10434 (2x9 ml)

REAGENTI/REAGENTS

	Kit	Level 1	Level 2
Lot:	074	952	952
	2023-12	2023-12	2023-12
	2025-06	2025-06	2025-06

RISULTATI/RESULTS

	Level 1		Level 2		Temp.
	Risultato/ Result	Range	Risultato/ Result	Range	
MINI-VES	10	2-18	87	62-112	OFF
VES-Matic Easy	5	1-14	74	49-99	ON
VES-Matic 10	4	1-14	74	49-99	ON
VES-Matic 20	6	1-14	80	55-105	ON
VES-Matic 30	5	1-14	82	57-107	ON
VES-Matic 60	7	1-15	88	63-113	ON
VES-Matic 30 "Fast method"	40	22-58	106	81-131	ON
VES-Matic Original	3	1-13	90	65-115	ON

Data/Date

06/02/2024

Testato da/Tested by:

 Francesco Bisconti
Approvato da/Approved by:

 Alessandra Cianchi

(Responsabile CQ/QC Head)