

DIESE DIAGNOSTICA SENESE SpA53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39
Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020

Sede Legale e Amministrazione

20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6

CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE**PRODOTTO/PRODUCT** ESR CONTROLREF: 10430 (4x9 ml)
10434 (2x9 ml)**REAGENTI/REAGENTS**

	Kit	Level 1	Level 2
Lot:	072	936	936
	2023-09	2023-09	2023-09
	2025-03	2025-03	2025-03

RISULTATI/RESULTS

	Level 1		Level 2		Temp.
	Risultato/ Result	Range	Risultato/ Result	Range	
MINI-VES	7	1-15	88	63-113	OFF
VES-Matic Easy	4	1-14	72	47-97	ON
VES-Matic 10	4	1-14	80	55-105	ON
VES-Matic 20	5	1-14	82	57-107	ON
VES-Matic 30	3	1-13	87	62-112	ON
VES-Matic 60	6	1-14	88	63-113	ON
VES-Matic 30 "Fast method"	32	14-50	110	85-135	ON
VES-Matic Original	2	1-12	97	72-122	ON

Data/Date

18/10/2023

Testato da/Tested by:

Katia Tanzini

Approvato da/Approved by:

Alessandra Cianchi (Responsabile CQ/QC Head)