

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SpA
 53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39
 Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020



Sede Legale e Amministrazione
 20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6

CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE

PRODOTTO/PRODUCT ESR CONTROL CUBE

REF: 10435 (4x9 ml)
 10436 (2x9 ml)

REAGENTI/REAGENTS

	Kit	Level 1	Level 2
Lot:	936	936	936
	2023-09	2023-09	2023-09
	2025-03	2025-03	2025-03

RISULTATI/RESULTS

	Level 1		Level 2		Temp.
	Risultato/ Result	Range	Risultato/ Result	Range	
VES-Matic Cube 30	7	1-15	63	38-88	OFF
VES-Matic Cube 80/VES-Matic Cube 200/Ves-Matic Cube Track	6	1-14	45	20-70	OFF
MINI-CUBE/Cube 30 touch/ Ves Matic 5	5	1-14	44	19-64	ON

Data/Date

18/10/2023

Testato da/Tested by:

Katia Tanzini

Approvato da/Approved by:

Alessandra Cianchi (Responsabile CQ/QC Head)