



DIESSE Diagnostica Senese Spa
Sede Legale e Amm.ne: 20144 Milano – Via A. Solari, 19 - Italy
Tel.: +39 02 48.59.121 r.a. - Fax: +39 02 48.12.117
Capitale Sociale: euro 3.021.563
C.C.I.A.A. N°Rea 1045219 - Registro Impr. Milano: 05871140157
Partita IVA e Codice Fiscale N°05871140157
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Duomodiag S.r.l.
www.diesse.it

IO-09-365

Chapter V

CERTIFICATE OF ANALYSIS

CODE PRODUCT NAME LOT EXPIRY DATE PREP DATE

10439 SediCheck Cube 30 4 x 3 ml 035 2024-12 2023-12

Level I (NORMAL Level) lot 951	Test conditions	VES 1st hour	Range of acceptability
VES-MATIC CUBE 30	Temperature OFF	3	1-13
MINI-CUBE	Temperature ON		
Cube 30 Touch	Temperature ON		
Ves Matic 5	Temperature ON		

Level II (ABNORMAL Level) lot 007	Test conditions	VES 1st hour	Range of acceptability
VES-MATIC CUBE 30	Temperature OFF	54	29-89
MINI-CUBE	Temperature ON		
Cube 30 Touch	Temperature ON		
Ves Matic 5	Temperature ON		

Date: 30/04/2024


Signature (Head Quality Control)