

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SpA

53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39
Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020



Sede Legale e Amministrazione

20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6

CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE**PRODOTTO/PRODUCT**

ESR CONTROL

REF:

10430 (4x9 ml)

10434 (2x9 ml)

REAGENTI/REAGENTS

	Kit	Level 1	Level 2
Lot:	073	943	943
	2023-10	2023-10	2023-10
	2025-04	2025-04	2025-04

RISULTATI/RESULTS

	Level 1		Level 2		Temp.
	Risultato/ Result	Range	Risultato/ Result	Range	
MINI-VES	7	1-15	88	63-113	OFF
VES-Matic Easy	4	1-14	75	50-100	ON
VES-Matic 10	4	1-14	84	59-109	ON
VES-Matic 20	5	1-14	87	62-112	ON
VES-Matic 30	3	1-13	87	62-112	ON
VES-Matic 60	6	1-14	95	70-120	ON
VES-Matic 30 "Fast method"	24	6-42	108	83-133	ON
VES-Matic Original	2	1-12	101	76-126	ON

Data/Date

14/12/2023

Testato da/Tested by:

 Francesco Bisconti
Approvato da/Approved by:

 Alessandra Cianchi (Responsabile CQ/QC Head)